

QVINTETT S/A/A4

Vedlikehold/gjenbruk

Sengen er konstruert for å trenge minimalt vedlikehold. Avhengig av miljø og bruksområde kan likevel et visst vedlikehold være påkrevd.

1. Normal rengjøring

Sengebunn og sengeløfter rengjøres med en fuktig klut.

Normalt forekommende rengjørings- og desinfeksjonsmidler kan benyttes. Sengen kan spyles med strømmende vann.

Gavler og langsider rengjøres med en fuktig klut.

Normalt forekommende rengjørings- og desinfeksjonsmidler kan benyttes.

2. Høytrykksvask

Senger produsert etter 2004 kan høytrykksvaskes

Viktig! Før spyling; Løft ut elektronikkenheten (se monteringsanvisning).

3. Kvartalsvis ettersyn/Gjenbruk

Kontroller at nettkabelen og kabelen til håndkontrollen ikke er skadet eller har uvanlig store åpninger.

4. Årlig tilsyn/Gjenbruk

Kontroller at det ikke er synlige skader på motorer og mekanikk.

Kontroller at ledd og fester for rygg- og bendel ikke er skadet eller har uvanlig store åpninger.

Kontroller at ledd og fester for senge-løfterens saksdel ikke er skadet eller har uvanlig store åpninger.

Kontroller at sengeløfterens hjul er fastskrudde.

Ettetrekk skruer på gavler og langsider.

5. Smørepunkter/Gjenbruk

Sengebunnens ledd behøver normalt ikke smøres.

Om sengeløfteren ble rengjort med kraftig spyling eller høytrykksvask, skal sengeløfterens lagerbaner kontrolleres og ved behov smøres (Würth Litiumfett).

