

Bruksanvisning
2010/08

Molly Hälskydd
Avlastning av häl

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004



Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	2
Introduktion	3
Utprovning och användning	4
Rengöring	5
Övrig information	6

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

VARNING!

- 1 Molly är ett hjälpmedel och kräver daglig kontroll och inspektion.
- 2 Molly finns i olika storlekar och det är väldigt viktigt att noga prova ut rätt storlek.
- 3 Vi rekommenderar att strumpa eller tubgas alltid används mellan Molly och huden.
- 4 Molly ska fästas löst runt benet och skall alltid kunna roteras.
- 5 I kontakt med brand- eller värmekällor, såsom eld, brinnande cigarett eller varm lampa, kan produkten skadas och därmed få försämrad funktion.

1 Introduktion

Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information

Denna produkt uppfyller tillämpliga delar i kraven för följande standarder:

SS 876 00 01 (Vårdbäddar - Brandkrav) (*)

SS 876 00 04 (Produkter vårdbäddar)

SS 876 00 02 (Tyger sjukvårdsbruk)

Förtydligande

(*) SS 876 00 01, produkten uppfyller krav B

Denna produkt är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

1.2 Avsedd användning

Denna produkt är ett hälskydd, avsedd att användas för avlastning av hälar.

Den är lätt att applicera och ger god komfort vid behandling och förebyggande av sår på hälar. Den ger möjlighet att fritt röra benet och göra lägesändringar, vilket bidrar till ökad cirkulation och snabbare läkning. Produkten kan även användas för att förhindra överkorsning vid höftplastik.

1.3 Produktbeskrivning

Produkten består av hygienöverdrag och kärna i så kallat trögskum. Överdraget är vätsketätt men ångandastått och är avtagbart och tvättbart.

Kärna: 100% trögskum

Överdrag: Polyuretanbelagd polyesterväv

Uppfyller tillämpliga delar i följande standarder: SS 876 00 01, SS 876 00 02, SS 876 00 04, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952 , EN 14126

Garanti: Ett år

1.4 Uppackning

Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.

2 Utprovning och användning

OBS!

Molly finns i olika storlekar. Att välja rätt storlek till rätt person är mycket viktigt för funktionen.

- Ta en Molly i storlek M och installera den på benet. Använd strumpa/tubgas mellan Molly och huden.
- Molly är tillverkad av trögskum, vilket gör att det tar cirka 15-20 minuter innan skummet har anpassat sig till tyngden och det går att avgöra om det är rätt storlek.
- Kontrollera avståndet mellan hälen och underlaget, detta ska vara cirka 2 cm.
- Om avståndet är mer än 2 cm, byt till storlek S. Om det är mindre än 2 cm, byt till storlek L.

Det går också att mäta brukarens benlängd för att avgöra vilken storlek som passar bäst.

Benlängd mellan	78,0 - 85,0 cm	motsvarar Molly SMALL
Benlängd mellan	86,0 - 94,5 cm	motsvarar Molly MEDIUM
Benlängd mellan	102,0 – 103,0 cm	motsvarar Molly LARGE

Med benlängd menas här avståndet mellan SIAS (spina iliaca anterior superior) och inre malleolen.

Användning

- När brukaren ligger på sida ska Molly roteras så att öppningen ligger mot madrassen. Detta för att höjden ska bli den rätta.
- Vid förhindring av överkorsning ska Molly sitta på det friska benet.

VIKTIGT!

Molly skall fästas löst runt benet, den skall kunna roteras. Vi rekommenderar att strumpa/tubgas alltid används mellan Molly och huden.

3 Rengöring

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller leverantören för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

3.1 Normal rengöring

HYGIENSKYDD



Överdraget kan maskintvättas i max 95°C, torktumlas, alternativt droptorkas.



Överdraget kan även torkas av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1%.

SKUMDYNA



Punktrensning med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller vid behov med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel avsett för detta ändamål, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

Pressa ur eventuellt vatten varsamt. OBS! Vrid eller rulla ej dynan för att få ut vattnet. Låt dynan torka i ett varmt, ventilerat utrymme (ej i solljus). Den skall vara helt torr innan den tas i bruk igen.

VIKTIGT!

Kontrollera hygien skyddet vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller bytas ut.

4 Övrig information

4.1 Förvaring

Förvaring bör ske i torrt, rumstempererat utrymme. Förvara produkten så att den inte kan utsättas för stötar, slag eller liknande. Undvik att utsätta produkten för direkt solljus.

4.2 Märkning

Produkten är märkt med tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel- och tvättråd, EAN-nummer, samt en ruta för egen märkning (för till exempel avdelningsnummer).

4.3 Garanti

Denna produkt omfattas av ett års garanti. Garantin gäller ej normal förslitning eller försämring av produkten eller skador som uppstår på grund av ovarsam eller felaktig hantering/skötsel.

4.4 Service och underhåll

Produkten kräver normalt ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna bruksanvisning.

4.5 Demontering och källsortering

Produkten är helt återvinningsbar och skall sorteras som "brännbart avfall". Ingen demontering är nödvändig.

4.6 Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

OBS! Skriv ner ärendet, kontaktperson, adress och telefonnummer i ett brev och bifoga med varan.

4.7 Symbolförklaring



Läs bruksanvisningen



Brandklassning



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC



Garantitid



Kastas ej i hushållsavfall,
följ instruktioner för återvinning



Kan återvinnas



Avtorkning



Ej strykning



Maskintvätt 95° C



Torktumlning



Droptorkning



Ej kemtvätt



<1% Klor



Tillverkare/Manufactured by

 care of sweden

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600
Fax: 0325-128 40
E-post: info@careofsweden.se
Internet: www.careofsweden.se

Akuta ärenden, efter kontorstid:

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB
Box 158
512 24 Svenljunga

Besöks-/godsadress:

Boråsvägen 14
512 53 Svenljunga

© Care of Sweden AB, 2010

Care of Sweden är varumärke som tillhör Care of Sweden AB.